

Вариант исполнения		РЦМС-12	РЦМС-30	РЦМС-45	РЦМС-50	РЦМС-60	РЦМС-90	РЦМС-100
Наличие РУ		есть	есть	нет	нет	есть	есть	есть
Габаритные размеры, мм.		140x140x980 ± 5%		280x140x575	280x140x980		420x140x980± 5%	560x140x980± 5%
УФ Лампа		UVC T8 30W G13		15W G13	UVC 30W G13			
Количество УФ-ламп, шт.		1x30 Вт	2x30 Вт	3x15 Вт	3x30 Вт	4x30 Вт	6x30 Вт	8x30 Вт
Количество вентиляторов 120x120 2000-2600 об/мин, шт.		1		2		3		4
Тип исполнения		Закрытый						
Срок службы, час		Не менее 10800						
Рабочее напряжение, В		220 ±10%						
Потребляемая мощность, Вт		Не более 60		Не более 45	Не более 90	Не более 120	Не более 180	Не более 240
Мощность УФ излучения, Вт		12,6	25,2	14,7	37,8	50,4	75,6	100,8
Длина шнура сетевого питания		1630 мм ± 5%						
Вес, нетто, кг		4 ±0,3			6 ±0,3	6,87 ±0,3	10,26 ±0,3	13,08 ±0,3
Уровень шума, дБА		Не более 35		Не более 40			Не более 45	Не более 50
Способ размещения		подвесной / передвижной (опора требуется)*		подвесной/ передвижной (опора не требуется)	подвесной / передвижной (опора требуется)*			
Комплектация:		Кнопка включения, предохранитель. Дополнительно приобретается: опора, цифровой циклический таймер, счетчик наработанного времени, кнопка изменения частоты вращения вентиляторов		Кнопка включения, предохранитель, сенсорный включатель, пульт ДУ, подключение через WIFI, световая индикация	Кнопка включения, предохранитель. Дополнительно приобретается: опора, цифровой циклический таймер, счетчик наработанного времени, кнопка изменения частоты вращения вентиляторов			
IV категория **	Производительность не менее, м³/ч для помещения IV категории	120	210	170	290	370	550	720
	Рекомендуемая площадь помещения IV категории, м² **	до 45	до 75	до 60	до 105	до 135	до 200	до 265
	Время дезинфекции помещения IV категории до 90%***	не более 30 мин						
III категория **	Производительность не менее, м³/ч для помещения III категории	105	190	150	270	350	520	690
	Рекомендуемая площадь помещения III категории, м² **	до 40	до 70	до 55	до 100	до 130	до 190	до 255
	Время дезинфекции помещения III категории до 95%***	не более 35 мин						
II категория **	Производительность не менее, м³/ч для помещения II категории	90	175	130	250	330	490	660
	Рекомендуемая площадь помещения II категории, м² **	до 35	до 65	до 50	до 95	до 120	до 180	до 245
	Время дезинфекции помещения II категории до 99%***	не более 45 мин						
I категория **	Производительность не менее, м³/ч для помещения I категории	80	160	120	240	320	480	640
	Рекомендуемая площадь помещения I категории, м² **	до 30	до 60	до 45	до 90	до 110	до 165	до 240
	Время дезинфекции помещения I категории до 99,9%***	не более 60 мин						

* Приобретается отдельно

** I - Операционные, предоперационные, родильные, стерильные зоны ЦСО <*>, детские палаты роддомов, палаты для недоношенных и травмированных детей

II - Перевязочные, комнаты стерилизации и пастеризации грудного молока, палаты и отделения иммуно ослабленных больных, палаты реанимационных отделений, помещения нестерильных зон ЦСО, бактериологические и вирусологические лаборатории, станции переливания крови, фармацевтические цеха

III - Палаты, кабинеты и другие помещения ЛПУ (не включенные в I и II категории)

IV - Детские игровые комнаты, школьные классы, бытовые помещения промышленных и общественных зданий с большим скоплением людей при длительном пребывании

*** Данный уровень бактерицидной эффективности обеззараживания воздуха с помощью рециркулятора обеспечивается в отношении санитарно - показательного микроорганизма Staphylococcus aureus, вирусов гриппа и парагриппа, аденовирусов.